

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

IMIM/DOP/ 2658 /2012  
znak sprawy: PN-13-2012

Kraków, 24.10.2012 r.

**OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25, zgodnie z art.92 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn zm.) informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 16/08/2012 z numerem 2012/S 156-260617 na: **dostawę Elektrochemicznego Mikroskopu ze Skanującą Sondą (SPM, Tunelowy oraz Sił Atomowych), zakup, montaż, uruchomienie, instruktaż**

Złożono ofert: 2

NT-MDT Europe BV, High Tech Campus 83, 5656 AG Eindhoven, The Netherlands

Cena brutto 1 660 500,00 zł

Renishaw sp. z o.o. ul. Szyszkowa 34, 02-285 Warszawa

Cena brutto 1 149 066,00 zł

Z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania: 2

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy:	Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:
1	(2) NT-MDT Europe BV High Tech Campus 83, 5656 AG Eindhoven, The Netherlands	Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert. Termin składania ofert i wniesienia wadium upłynął w dniu 24 września 2012 r. o godz. 12. Ofertent nie wniósł wadium w wymaganym terminie.

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.	Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:	Uzasadnienie odrzucenia oferty:
1	(1) Renishaw sp. z o.o. ul. Szyszkowa 34, 02-285 Warszawa	Art. 89. ust.1 pkt 2 PZP, Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP Zamawiający odrzuca ofertę , jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. Zamawiający w pkt. 3.3.5.8. SIWZ wymagał „Spektrometr ramanowski wyposażony w przynajmniej siatkę dyfrakcyjną: 2400 l/mm”, ofertent

**DOSTOSOWANIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO IMIM PAN DO WYMAGAŃ ŚWIATOWYCH STANDARDÓW  
KOMPLEMENTARNYCH BADAŃ W ZAKRESIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ**



DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

		zaoferował w Opisie Parametrów Technicznych oraz w ofercie „Spektrometr ramanowski wyposażony w przynajmniej siatkę dyfrakcyjną: 1800 l/mm”. Zaoferowane przez wykonawcę Spektrometr ramanowski wyposażony w przynajmniej siatkę dyfrakcyjną: 1800l/mm, jest niezgodny z SIWZ.
2	(2) NT-MDT Europe BV High Tech Campus 83, 5656 AG Eindhoven, The Netherlands	Art. 89. ust.1 pkt 5 Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Jednocześnie zawiadamiamy, że wobec czynności przysługuje odwołanie w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, w formie określonej w ust.180 ustawy PZP.

Postępowanie zostało **unieważnione** na podstawie

- art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

DOSTOSOWANIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO IMIM PAN DO WYMAGAŃ ŚWIATOWYCH STANDARDÓW  
KOMPLEMENTARNYCH BADAŃ W ZAKRESIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ