



IMIM/DOP/1458 /18

Kraków, dnia 09.07.2018 r.

znak sprawy: ZO-16-2018

WYKONAWCY,
którzy pobrali ZO

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE ZO

W dniu 09.07.2018 wpłynęła pismo dotyczące zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest **dostawa ciekłego azotu**.

Treść zapytania brzmi następująco:

Czy zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dostaw do zbiornika poj. 2000 l?

Wymiary:

- średnica zbiornika: 1300 mm (vs 1067 mm w przypadku zbiornika 1000l)
- podstawa (wielkość europalety): 1365x1365 mm (vs 1140x1140 mm w przypadku zbiornika 1000l)
- wysokość zbiornika: 2590 mm (vs 2150 mm w przypadku zbiornika 1000l)
- waga zbiornika: 1270 kg (vs 900 kg w przypadku zbiornika 1000l)

Odpowiedź Zamawiającego:

Z przyczyn technicznych dostawa zbiornika o poj. 2000 l jest nie możliwa.

DYREKTOR

Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba