

znak sprawy: DZB.261.11.2022

Kraków, dnia 16.02.2022 r.

**WYKONAWCY,
którzy pobrali ZO**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA W SPRAWIE ZO

W dniu 15.02.2022 wpłynęły prośby o odpowiedzi na pytania w sprawie zapytania ofertowego.

Pytania:

- 1) Według jakich norm, ewentualnie innych dokumentów odniesienia należy przygotować próbki do badań mechanicznych: statycznej próby rozciągania, ściskania i pomiarów twardości prętów po procesach wyciskania na gorąco i wyciskania hydrostatycznego?
- 2) Co oznacza, że w odniesieniu do laboratorium badawczego wymagane jest posiadanie doświadczenia w wyciskaniu hydrostatycznym materiałów metalurgicznych ?

Odpowiedzi:

1. próbki do badań należy przygotować według normy: PN-EN ISO 6892-1 i PN-EN ISO 6507-1
2. zostanie zmieniony zapis.