



znak sprawy: DZB.261.65.2022

Kraków, dnia 04.01.2023 r.

**WYKONAWCY,
którzy pobrali ZO**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA W SPRAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W dniu 03.01.2023 wpłynęły prośby o odpowiedzi na pytania w sprawie zapytania ofertowego.

zwracam się z prośbą o udzielenie wyjaśnień do opisu przedmiotu zamówienia.

- 1) Z jakiego materiału Zamawiający oczekuje wykonanie komory zewnętrznej oraz szafki pod dygestorium?
- 2) Czy dostarczenie wentylatora jest po stronie Wykonawcy?
- 3) Czy Zamawiający zamiast szkła hartowanego dopuści okno wykonane z szkła bezpiecznego VGS, które powszechnie jest stosowane w dygestoriach?

Odpowiedzi:

1. Konstrukcja stalowa pokryta chemoodporną farbą, jeśli chodzi o szafkę to wystarczający jest laminat.
2. Postępowanie nie dotyczy wentylatora.
3. Tak, dopuszczamy również wykonanie okna ze szkła bezpiecznego VGS.

Z-ca Dyrektora ds. Ogólnych

Anna Wierzbicka-Mierhik
Dr hab. Anna Wierzbicka-Mierhik
prof. instytutu