



IMIM/DOP/84 /20

Kraków, dnia 19.02.2020 r.

znak sprawy: ZO/03/2020

**WYKONAWCY,
którzy pobrali ZO**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA W SPRAWIE ZO

W dniu 18.02.2020 wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu zapytania ofertowego.

Treść zapytania brzmi następująco:

piśmie IMIM/DOP/82/20 (dołączonym) jest odpowiedź AD 4.

Jeżeli nie będzie króćca w reaktorze to jak Zamawiający podłączy kontroler próżni do reaktora? Pomiar zmieniającego się ciśnienia przez kontroler jest konieczny.

Chyba, że nie jest to problem dostawcy. Prośba o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Rzeczywiście, nie jest to problem dostawcy

Z-ca Dyrektora ds. Ogólnych
Anna Wierzbicka-Miernik
Dr hab. Anna Wierzbicka-Miernik,
prof. PAN