

znak sprawy: ZO/16/2020

Kraków, dnia 07.08.2020 r.

**WYKONAWCY,
którzy pobrali ZO**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA W SPRAWIE ZO

W dniu 27.07.2020 wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu zapytania ofertowego dotyczącego przeciwciał do cytometrii/mikroskopii konfokalnej.

Pytanie Oferenta:

1. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie z jakimi fluorochromami powinny być skoniugowane przeciwciała w poz. 1 i 2.
2. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, jakie powinny być klony oferowanych przeciwciał.

Odpowiedzi Zamawiającego:

- Hu CD62P APC AK-4
- Ms CD45RB BB700 16A
- Hu CD42b PE HIP1
- Hu CD61 PE VI-PL2