

znak sprawy: ZO/16/2020

Kraków, dnia 07.08.2020 r.

**WYKONAWCY,
którzy pobrali ZO**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA W SPRAWIE ZO

W dniu 28.07.2020 wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu zapytania ofertowego dotyczącego **przeciwiała do cytometrii/mikroskopii konfokalnej**.

Pytanie Oferenta:

Pytanie nr 1 - Czy Zamawiający wymaga aby zaproponowane przeciwiała miały zastosowanie zarówno w cytometrii przepływowej oraz mikroskopii konfokalnej, czy mają mieć zastosowanie w jednej lub drugiej technice?

Pytanie nr 2 - Czy Zamawiający wymaga, aby każde z przeciwiała było skoniugowane z innym fluorochromem? Jeśli tak, to zwracam z prośbą o podanie dostępnych kanałów fluorescencji na urządzeniach, z których Zamawiający korzysta, w celu doboru odpowiednich przeciwiała.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1 głównie zastosowanie w mikroskopii konfokalnej.

Ad. 2

- Laser HeNe 633nm 5mW
- Laser HeNe 543nm 1mW
- Laser argon 458/488/514nm, 25mW
- Laser diodowy V 405nm

- Light division system (405, 458, 488, 514, 543 nm)
- Filtr BP 505-530
- Filtr BP 505-600
- Filtr BP 530-600
- Filtr BP 560-615
- Filtr LP 420
- Filtr BP 420-480