

IMIM/DOP/ 2520 /18

Kraków, dnia 28.11.2018 r.

znak sprawy: ZO/25/2018

**WYKONAWCY,
którzy pobrali ZO**

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE ZO

W dniu 27.11.2018 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest **dostawa zestawu próżniowego**.

Treść pytania i odpowiedzi brzmi następująco:

Czy zawory mogą być napędzane pneumatycznie (siłownik), a sygnał sterujący pracą siłownika (przekaznika) - elektryczny?

Tak.